

(附表 3) 鑽孔機定期自動檢查紀錄表(智醫科、幼保科)

仁德醫護管理專科學校 _____ 場所 _____ 機械/設備-自動檢查紀錄表

作業場所位置 (實驗室編號): _____ 作業場所名稱: _____ 實驗室 _____ 規定檢查頻率: 每
年

檢查日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果		改善措施
			正常	異常	
作業中不得戴手套，以防手指被鑽軸捲傷	標準作業流程、警告標語	目視/實測			
操作前先檢查鑽頭並調整機器夾具	夾具、鑽頭固定	目視/實測			
銷子要使用規定的，不得用代替品	標準作業流程	目視/實測			
夾住工作物要確實夾牢	物件固定	目視/實測			
操作鑽頭於工作物時壓力應均勻穩定不可猛力衝擊	標準作業流程	目視/實測			
時常注意鑽孔用把手，如有故障鑽頭可能急速下降發生危險	把手	目視/實測			
鑽孔操縱須時常注意，固定夾如果不靈將發生危險	標準作業流程	目視/實測			
變更皮帶速度時，必須將馬達停止	標準作業流程	目視/實測			
鑽頭的固定螺栓儘可能使用最短的	螺栓長度	目視/實測			
機器有異常馬上切斷電源	標準作業流程	目視/實測			
其他		目視/實測			
建議改善事項:					

無該項目請於檢查結果欄註明：無

檢查人員:

作業場所負責人:

單位主管: