

(附表 19) 離心機械設備(名稱: _____) 每年定期檢查紀錄表

設置場所:

放置地點:

檢查日期: _____年 _____月 _____日

項目	檢查內容	檢查方法	檢查結果	改善措施
外殼	1. 外殼螺絲是否栓緊			
	2. 使用時, 蓋子是否蓋緊			
	3. 外殼有無龜裂、變形現象			
	4. 電源是否接地			
回轉體	1. 回轉體螺絲是否栓緊			
	2. 是否標示最大轉速			
	3. 回轉體有無龜裂、變形現象			
主軸軸承	1. 自離心機機械取出內裝物時、應使該機械停止運轉後再行取出			
	2. 主軸軸承有無龜裂、變形現象			
	3. 轉速所發出的聲音是否正常			
制動器	1. 是否有制動裝置			
	2. 是否有設備操作手冊			

檢查人員:

場所負責人:

單位主管:

備註:

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 18 條規定辦理。
2. 檢查結果: 正常打√, 異常打×, 如無此項檢點項目請以"—" 示之。
3. 表格保存三年。
4. 每年檢查完後, 請妥善留存或送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員以供備查。